Références

ANSE CAPTIVATOR™ II

Référence	Forme	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**61291**	**Arrondie,** extra large	Rigide	33	2.4	240	2.8	Boîte de 10

ANSES CAPTIVATOR™

Référence	Forme	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**62301**	**Ovale,** petite	Rigide	13	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62321**	**Ovale,** moyenne	Rigide	27	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62391**	**Ovale,** large (fil fin)	Souple	30	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**61311**	**Ovale,** large	Semi-rigide	30	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62451**	**Hexagonale,** petite	Rigide	13	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62341**	**Hexagonale,** moyenne	Rigide	27	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62371**	**Forme de croissant,** moyenne	Rigide	27	2.4	240	2.8	Boîte de 10

ANSES ROTATIVES*

Référence	Forme	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**61821**	**Ovale,** petite	Semi-rigide	13	2.4	195	2.8	Boîte de 10
M005**61831**	**Ovale,** moyenne	Semi-rigide	20	2.4	195	2.8	Boîte de 10

* Avec technologie de cathéter en étoile.

ANSES À OUVERTURE COURTE SENSATION™

Référence	Forme	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**62691**	**Ovale,** petite	Souple	13	2.4	240	2.8	Boîte de 5
M005**62692**	**Ovale,** petite	Souple	13	2.4	240	2.8	Boîte de 20
M005**62693**	**Ovale,** petite	Souple	13	2.4	240	2.8	Boîte de 40
M005**60321**	**Ovale,** petite	Semi-rigide	13	2.4	240	2.8	Boîte de 5
M005**62671**	**Ovale,** moyenne	Souple	27	2.4	240	2.8	Boîte de 5
M005**62672**	**Ovale,** moyenne	Souple	27	2.4	240	2.8	Boîte de 20
M005**62673**	**Ovale,** moyenne	Souple	27	2.4	240	2.8	Boîte de 40
M005**60311**	**Ovale,** moyenne	Semi-rigide	27	2.4	240	2.8	Boîte de 5
M005**62651**	**Ovale,** large	Semi-rigide	30	2.4	240	2.8	Boîte de 5
M005**62652**	**Ovale,** large	Semi-rigide	30	2.4	240	2.8	Boîte de 20
M005**60331**	**Forme de croissant,** moyenne	Semi-rigide	27	2.4	240	2.8	Boîte de 5

ANSES CAPTIFLEX ™

Référence	Forme	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**62471**	Micro-**Ovale**	Souple	11	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62421**	**Ovale,** petite	Souple	13	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62422**	**Ovale,** petite	Souple	13	2.4	240	2.8	Boîte de 40
M005**62401**	**Ovale,** moyenne	Souple	27	2.4	240	2.8	Boîte de 10
M005**62402**	**Ovale,** moyenne	Souple	27	2.4	240	2.8	Boîte de 40

ANSES PÉDIATRIQUES PROFILE™

Référence	Forme	Rigidité	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**62531**	Micro-**Ovale**	Souple	11	1.9	240	2.0	Boîte de 10
M005**62551**	**Ovale,** petite	Souple	13	1.9	240	2.0	Boîte de 10
M005**62571**	**Ovale,** moyenne	Souple	27	1.9	240	2.0	Boîte de 10

DISPOSITIF ROTATIF D'EXTRACTION DE POLYPES TWISTER™ PLUS

Référence	Description	Largeur de la boucle (mm)	Diam. Ext. de la gaine (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**61411**	TWISTER PLUS dispositif d'extraction de polypes	22	2.5	230	2.8	Boîte de 5
M005**61412**	TWISTER PLUS dispositif d'extraction de polypes	22	2.5	230	2.8	Boîte de 10
M005**61421**	TWISTER PLUS dispositif d'extraction de polypes	26	2.5	230	2.8	Boîte de 5
M005**61422**	TWISTER PLUS dispositif d'extraction de polypes	26	2.5	230	2.8	Boîte de 10

PINCES À BIOPSIE CHAUDE RADIAL JAW™ 4

Référence	Description	Diam. Ext. des mâchoires (mm)	Longueur utile (cm)	Canal opérateur min. (mm)	Unités
M005**15031**	Radial Jaw 4 pince chaude	2.2	240	2.8	Boîte de 5
M005**15032**	Radial Jaw 4 pince chaude	2.2	240	2.8	Boîte de 20
M005**15033**	Radial Jaw 4 pince chaude	2.2	240	2.8	Boîte de 40

Ces produits sont conçus exclusivement pour un usage unique. Ne pas réutiliser.

Toutes les marques déposées mentionnées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. AVERTISSEMENT : Conformément à la législation, ce dispositif ne peut être vendu que sous prescription médicale. Les indications, contre-indications, mises en garde et mode d'emploi figurent sur la notice livrée avec chaque dispositif. Informations à n'utiliser que dans les pays avec enregistrements produits des autorités sanitaires applicables.

TWISTER™ PLUS is distributed by Boston Scientific Corporation, Natick, Massachusetts; manufactured by Horizons International Corp., Heredia, Costa Rica.

ENDO-179402-AA Août 2013. Imprimé aux Pays-Bas par DeBudelse/creativeservices.

Boston Scientific
Advancing science for life™

www.bostonscientific-international.com

© 2013 Boston Scientific Corporation ou ses filiales. Tous droits réservés.
DINEND2269FB

Dispositifs pour polypectomie

Boston Scientific

NOUVEAU

Dispositif rotatif d'extraction de polypes TWISTER™ PLUS

Dispositif tridimensionnel entièrement rotatif avec filet conçu pour faciliter l'extraction de polypes, de fragments de résection muqueuse endoscopique ou de dissection sous-muqueuse endoscopique, de bols alimentaires et de corps étrangers.

Panier d'extraction en nylon

- Conçu pour assurer la rétention des pièces capturées

Rotation à 360°

- Conçue pour faciliter la procédure avec une manipulation minimale de l'endoscope

Filet tridimensionnel

- Conçu pour faciliter la capture des corps étrangers

Poignée à ouverture courte

- Conçue pour offrir confort et facilité d'utilisation



Image clinique reproduite avec l'aimable autorisation du Dr Petruzziello, Policlinico Universitario A. Gemelli, Rome, Italie

2 diamètres de boucle disponibles : 22 mm et de 26 mm

Date : 06/2013 - Nom : TWISTER PLUS™ - Destination : Le dispositif d'extraction rotatif TWISTER PLUS est conçu pour être utilisé dans des endoscopes flexibles comme dispositif d'extraction de corps étrangers tels que des polypes et des bols alimentaires - Classe : Classe Is - Organisme : CE0473 - Fabricant : Horizon Int'l Corp - Indications : Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif - Remboursement : DM IntraGHS.

Pinces à biopsie chaude Radial Jaw™ 4

Nouvelle pince chaude maintenant disponible dans notre gamme de pinces à biopsie à usage unique.

Configuration des mâchoires

Conception permettant :

- Des prélèvements tissulaires pour une excellente qualité de prélèvement facilitant la précision du diagnostic histologique
- Une facilité de passage dans les anatomies tortueuses

Amélioration de la conception des dents à micro-mailles

- Conçue pour une découpe précise et franche

Cathéter profilé

- Conçu pour fournir un juste équilibre entre flexibilité, pushabilité et contrôle durant l'examen

Marqueurs de positionnement

- Conçus pour un guidage optimal sécurisé durant la procédure

Date : 01/2013 - Nom : Pince à biopsie chaude Radial Jaw 4™- Destination : La pince à biopsie chaude à usage unique Radial Jaw 4 est prévue pour être utilisée par le biais d'un endoscope en vue de cautériser et d'éliminer les polypes et/ou de prélever des échantillons tissulaires dans le tube digestif. Le tube digestif est composé de l'oesophage, de l'estomac, du duodénum, du jéjunum, de l'iléon et du côlon - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0197 - Fabricant : Boston Scientific Corp. - Indications : Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif- Remboursement : DM IntraGHS.

Anses à polypectomie

Un large choix de tailles et de formes

Anse Captivator™ II

- Forme arrondie conçue pour faciliter la capture des polypes

Anse Captivator™

- Offre un large choix d'anses de formes diverses pour répondre à la majorité des indications thérapeutiques

Anse rotative

- Conçue pour fournir une rotation de 360° facilitant l'accès aux polypes

Anse avec poignée à ouverture courte Sensation™

- La poignée à ouverture courte est conçue pour un meilleur confort des infirmiers et des médecins

Anse Captiflex™

- Conçue avec un fil métallique tressé pour obtenir une anse plus flexible

Anse pédiatriques Profile™

- Conçue pour s'adapter aux canaux opérateurs pédiatriques de 2,0 mm

Date : 01/2013 - Nom : CAPTIVATOR™ II - Destination : Les anses de polypectomie à usage unique sont indiquées pour le retrait et la cautérisation de polypes de petite taille, polypes sessiles, polypes pédiculés - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0197 - Fabricant : Boston Scientific Corp. - Remboursement : DM IntraGHS.
Date : 01/2013 - Nom : CAPTIVATOR™ - Destination : Les anses de polypectomie à usage unique sont indiquées pour le retrait et la cautérisation de polypes de petite taille, polypes sessiles, polypes pédiculés - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0197 -Fabricant : Boston Scientific Corp. - Remboursement : DM IntraGHS.
Date : 01/2013 - Nom : SENSATION™ - Destination : Les anses de polypectomie à usage unique sont indiquées pour le retrait et la cautérisation de polypes de petite taille, polypes sessiles, polypes pédiculés - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0197 - Fabricant : Boston Scientific Corp. - Remboursement : DM IntraGHS.
Date : 01/2013 - Nom : CAPTIFLEX™ - Destination: Les anses de polypectomie à usage unique sont indiquées pour le retrait et la cautérisation de polypes de petite taille, polypes sessiles, polypes pédiculés - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0197 - Fabricant: Boston Scientific Corp. - Remboursement : DM IntraGHS.
Date : 01/2013 - Nom : PROFILE™ - Destination : Les anses de polypectomie à usage unique sont indiquées pour le retrait et la cautérisation de polypes de petite taille, polypes sessiles, polypes pédiculés - Classe : Classe IIa - Organisme : CE0197 - Fabricant : Boston Scientific Corp. - Remboursement : DM IntraGHS.
Indications : Les indications, contre-indications, mises en gardes et mode d'emploi figurent sur la notice d'utilisation livrée avec chaque dispositif; veuillez les lire attentivement avant toute utilisation du dispositif.